

Hankijale on laekunud mitmed täpsustavad küsimused, millele hankija vastab järgmiselt:

Küsimuse nr	Pakkuja küsimus	Hankija vastus
1	Kas võib pakkuda mineralisaatorit, mille maksimaalne temperatuur on 430°C?	Jah, võib. Hankekutse lisa 1 "tehniline ülesanne..." p. 1 sätestab, et mineralisaatori töötemperatuuri vahemik võib olla kuni 450°C.
2	Küsitud on automaatne destillatsioon, soovime täpsustada kas pakutaval destilleerimisseadmel peab olema ka: - Automaatne vee lisamine; - Automaatne boorhappe lisamine; - Automaatne proovi jääkide eemaldamine (välja imemine); - Kas peab olema võimalik teostada tiitrimist automaatselt pärast destillatsiooni lõppu. Kui jah, siis kas destileerimisseadmel peab olema sisseehitatud titraatori või välise titraatori ühendamise võimalus?	Hankekutse lisa 1 "tehniline ülesanne..." p. 3 sätestab, et destilleerimisseadmel peab olema automaatne destilleerimine ning p. 4 "abiseadmed" sätestab, et komplektis peab olema pakutud 2 konteinerit: 1 vee jaoks ja 1 naatriumhüdrosiidi jaoks. Sellest tulenevalt hankija tingimuste kohaselt automaatne destilleerimine piirdub veega ja NaOH-ga seotud automaatsete toimingutega, kuid ei sisalda automaatset proovi jääkide eemaldamist. Boorhappega toimetamine toimub tiitrimises. Automaatset tiitrimist hankekutse lisa 1 tingimuste kohaselt hankija nõudnud pole.
3	Kas pakutav Kjeldahli destilleerimisseade peab võimaldama ka boorhappe automaatset lisamist destillaadi vastuvõtukolbi?	Boorhappega toimetamine toimub tiitrimises. Automaatset tiitrimist hankekutse lisa 1 tingimuste kohaselt hankija nõudnud pole.
4	Hankedokumentides on küsitud 12-kohalist mineraliseerimise seadet. Kas võime pakkuda 20-kohalist mineraliseerimisseadet koos 20 katseklaasiga?	Hankekutse lisa 1 "tehniline ülesanne ..." p. 1 sätestab, et mineralisaator (digester) peab endas sisaldama 12 katseklaasi (igaühe maht 250 ml, diameeter 42 mm). Hankija minimaalsed nõuded tuleb täita. Lisafunktsioonide osas Hankija juba vastas. Vt allpool Hankija lisaselgitused.

Hankija lisaselgitused:

Hankekutse lisa 1 "tehniline ülesanne..." sätestab, millistele minimaalsetele tehnilistele kriteeriumidele peab seadmete komplekt kindlasti vastama. Samuti on hankekutses, hankelepingus ja hankekutse lisa 1 määratletud, millised teenuseid (paigaldus, häälestus, koolitus, katsetus jne) peab pakkuja samuti pakkuma ja teostama hankelepingu elluviimisel, mistõttu tuleb vastavate teenuste maksumused arvestada samuti pakkumuse hinda.

Hankekutse p. 7.1-7.2 sätestavad, et pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse (või selle osa) maksumus. Edukaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumuse (või selle osa) maksumus on vähim.

Hankija ei saa keelata pakkujal, kui pakkuja seda ise soovib, pakkuda seadmeid ja/või seadet lisafunktsiooni(de)ga, mida hankija ei ole nõudnud kuid seejuures peab pakkuja arvestama, et pakkumuse vastavaks tunnistamisel ning eduka pakkuja valikul lähtub hankija vaid ja ainult lähteülesandes sätestatud tingimustest.